仕　様　書

仕様書番号：025

部署・部屋名	救急科
調達機器名	循環導体監視装置
調達数量	１式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　循環導体監視装置　　１式

１－１８ 付属品　　１式

１－１９ 取扱説明書　　１部

２．構成品の仕様

２－１　循環導体監視装置

・外形寸法：W300×D100×H250mm以内

・電源：単相AC100V 50/60Hz

・従来行われている観血的動脈圧測定のラインあるいはルートを利用して、連続的に心拍出量測定ができること

・フィンガーカフを用いて、非侵襲的に動脈圧を測定し、連続的に収縮期圧、拡張期圧、平均動脈圧、心拍出量測定ができること

・経肺熱希釈法を用いて、全拡張終期容量、肺血管外水分量、肺血管透過性係数等のボリューム指標の測定ができること

・心拍出量測定に加え、中心静脈血酸素飽和度、一回拍出量や体血管抵抗等、心拍出量に関連するパラメーターの表示も可能であること

・モニター上にて非侵襲、低侵襲テクノロジーの選択が可能であること

・ｶﾗｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを装備し､各ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰの数値とﾄﾚﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌを同一色で表示が可能なこと

・心臓、血管、血液の相互関係を動画で表示するモニタリングスクリーンを有していること。

・測定装置の設置において、IVポール等にポールマウントできること。

・日本語表示を標準装備していること。またアラームを発した際の確認事項も日本語で表示ができること。

・ﾃﾞｰﾀﾎﾞｯｸｽ　　１個

・ﾓﾆﾀｰ　　１個

２－２　付属品

・ﾎﾞﾘｭｰﾑﾋﾞｭｰｹｰﾌﾞﾙ　　１本

・ﾌﾛｰﾄﾗｯｸｹｰﾌﾞﾙ　　１本

・ｲｰｻｰﾈｯﾄｹｰﾌﾞﾙL　　１本

・電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ/ｺｰﾄﾞNL　　１個

・電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ　　１個

・ﾃﾞｰﾀﾎﾞｯｸｽｸﾗﾝﾌﾟ　　１個

・ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　１個
・ﾌﾟﾚｯｼｬｰｺﾝﾄﾛｰﾗｷｯﾄ　１個
・ﾊｰﾄﾘﾌｧﾚﾝｽｾﾝｻｰ　１個
・電源ｹｰﾌﾞﾙ 3ﾌｨｰﾄ　１本
・ｲｰｻｰﾈｯﾄｹｰﾌﾞﾙ 3ﾌｨｰﾄ　１本
・ﾃﾞｰﾀﾎﾞｯｸｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｹｰﾌﾞﾙ　１本
・患者ﾓﾆﾀｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｹｰﾌﾞﾙ　１本
・ｹｰﾌﾞﾙ　１本
・ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾓｼﾞｭｰﾙ　１個
・ﾛｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ　１個
・ﾛｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ取付用IVﾌｯｸ　１個